


X線の当たる位置 (0.3×3.0mm)  
ホルダの端面から10mmの所がビーム中心です.

長すぎると装置に干渉するおそれがあるので  
これ以上 (端面から20mm以上) キャピラリーが出ないこと.

封入したサンプルにX線が当たるよう  
キャピラリーを取り付けてください.



実寸大